



**Wojewódzka Stacja  
Pogotowia Ratunkowego**

ul. Poniatowskiego 4  
35-026 Rzeszów  
NIP:813 29 02 117  
REGON: 690271233

Telefon: 17 852 62 53  
Fax:17 852 51 90  
www.wspr.pl  
email:wspr@wspr.pl

Rzeszów, dnia 14.05.2021 r.

Nr postępowania WSPR-DT/3111/17/2021

## **Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty oraz wyjaśnienia treści zapytania**

Na realizację usługi

**„Usługa wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji  
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”**

W zaproszeniu jest:

### **2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego w roku 2021 w terminach określonych w załączniku nr 1 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. **Wszystkie elementy eksploatacyjne niezbędne do wymiany w trakcie wykonywania okresowych przeglądów wskazane przez producenta w instrukcjach obsługi/serwisowych nie będą dodatkowo obciążały Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na 18 części.** Przeglądy będą odbywały się w miejscu zainstalowania aparatów tj. w miejscu stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz siedzibie Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4 w Rzeszowie i przy ul. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części znajduje się w Formularzu Oferty niniejszego zapytania stanowiący załącznik nr 1 (strona pierwsza i strona druga) oraz w załączniku nr 2, tj. wzór umowy. Wykaz miejsc zainstalowania sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Do realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące bezpośrednio czynności posiadają minimum 2-letnie doświadczenie.

Zamawiający zobowiązuje się przedstawić Wykonawcy, drogą elektroniczną szczegółowe zestawienie sprzętu wraz z miejscem zainstalowania, dla każdej z części zamówienia w terminie do 5 dni przed terminem realizacji zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu celem dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: „Protokół przeglądu” i dokona wpisu w ”Paszporcie technicznym”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości aparatów objętych umową np. w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji wraz z odpowiednio zmniejszonym wynagrodzeniem ryczałtowym.

W zaproszeniu powinno być:

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego w roku 2021 w terminach określonych w załączniku nr 1 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. ~~Wszystkie elementy eksploatacyjne niezbędne do wymiany w trakcie wykonywania okresowych przeglądów wskazane przez producenta w instrukcjach obsługi/serwisowych nie będą dodatkowo obciążały Zamawiającego.~~ **Zamówienie podzielone jest na 18 części.** Przeglądy będą odbywały się w miejscu zainstalowania aparatów tj. w miejscu stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz siedzibie Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4 w Rzeszowie i przy ul. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części znajduje się w Formularzu Oferty niniejszego zapytania stanowiący załącznik nr 1 (strona pierwsza i strona druga) oraz w załączniku nr 2, tj. wzór umowy. Wykaz miejsc zainstalowania sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Do realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące bezpośrednio czynności posiadają minimum 2-letnie doświadczenie.

Zamawiający zobowiązuje się przedstawić Wykonawcy, drogą elektroniczną szczegółowe zestawienie sprzętu wraz z miejscem zainstalowania, dla każdej z części zamówienia w terminie do 5 dni przed terminem realizacji zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu celem dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: „Protokół przeglądu” i dokona wpisu w” Paszporcie technicznym”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości aparatów objętych umową np. w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji wraz z odpowiednio zmniejszonym wynagrodzeniem ryczałtowym.

W zaproszeniu jest:

5.Termin złożenia oferty: 18.05.2021 r. godz. 09:00

W zaproszeniu powinno być:

5.Termin złożenia oferty: 20.05.2021 r. godz. 09:00

W zaproszeniu jest:

6.Termin otwarcia ofert: 18.05.2021 r. bezpośrednio po upływie terminu określonego w pkt. 5.

W zaproszeniu powinno być:

6.Termin otwarcia ofert: 20.05.2021 r. bezpośrednio po upływie terminu określonego w pkt. 5.



W załączniku nr 2 ( wzór umowy) jest:

## § 1

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z wymogami instrukcji, dokumentacji technicznej producenta, z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należyłą starannością. Wszystkie elementy eksploatacyjne niezbędne do wymiany w trakcie wykonywania okresowych przeglądów wskazane przez producenta w instrukcjach obsługi/serwisowych Wykonawca zobowiązuje się wymienić w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, bez ponoszenia przez Zmawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

W załączniku nr 2 ( wzór umowy) powinno być:

## § 1

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z wymogami instrukcji, dokumentacji technicznej producenta, z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należyłą starannością. ~~Wszystkie elementy eksploatacyjne niezbędne do wymiany w trakcie wykonywania okresowych przeglądów wskazane przez producenta w instrukcjach obsługi/serwisowych Wykonawca zobowiązuje się wymienić w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, bez ponoszenia przez Zmawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.~~

### Wyjaśnienia treści zapytania

#### Pytanie:

Proszę o podanie informacji na temat producenta oraz modelu sprzętu:

1. nosze w karetce
2. wózek transportowy w karetce
3. krzesółko kardiologiczne w karetce

#### Odpowiedź:

1. nosze w karetce: FERNO MONDIAL ST, FERNO F2, FERNO STRETCHER F5P, STRYKER RUGGEED, MEDIROL
2. wózek transportowy w karetce: FERNO MONDIAL ST, FERNO F2, FERNO STRETCHER F5P, STRYKER RUGGEED, MEDIROL
3. krzesółko kardiologiczne w karetce: FERNO, STRYKER STAIR PRO 6252, MEBER

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o objęcie części nr 2, 3, 9 bezwzględnym wymogiem posiadania 1 osoby posiadającej przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury wystawione przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll i Smiths do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory i respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów do zapytania ofertowego.

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o objęcie części nr 2, 3, 9 bezwzględnym wymogiem posiadania dokumentu autoryzacji serwisowej producenta. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll i Smiths do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory i respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów do zapytania ofertowego.

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić nam złożenie korzystnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje termin płatności 60 dni.

**Pytanie:**

Prosimy o podanie producentów noszy z części nr 16.

**Odpowiedź:**

nosze w karetce: FERNO MONDIAL ST, FERNO F2, FERNO STRETCHER F5P, STRYKER RUGGEED, MEDIROL

**Pytanie:**

Prosimy o podanie producentów wózków transportowych z części nr 17.

**Odpowiedź:**

wózek transportowy w karetce: FERNO MONDIAL ST, FERNO F2, FERNO STRETCHER F5P, STRYKER RUGGEED, MEDIROL

**Pytanie:**

Prosimy o podanie producentów krzesełek transportowych z części nr 18.

**Odpowiedź:**

krzeselko kardiologiczne w karetce: FERNO, STRYKER STAIR PRO 6252, MEBER

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego w Rzeszowie  
*Andrzej Kwiatkowski*

Sporządziła: Dagmara Haehne

*Haehne*